



产品详情

TMB 底物显色试剂盒(ELISA,HRP 显色)

产品货号	产品名称	储存条件	保质期
F14641	TMB 底物显色试剂盒(ELISA,HRP 显色)	2-8℃避光	1 年

产品简介:

1.3,3',5,5'-四甲基联苯胺(TMB)是非常优越的酶免试验显色剂,能溶解于多种有机溶剂和双蒸水中,为稳定的无色溶液,与适量过氧化脲或双氧水与缓冲液混匀后与过氧化物酶作用产生清晰的蓝色产物,极易观察。由于其灵敏度高,配制后的工作液稳定,加上无致癌特性,被广泛用于酶联免疫(ELISA)试验和尿试纸的检测反应等,TMB 主要应用于酶联免疫吸附实验(ELISA),经典的方法是采用 A、B 液分开配制,使用前再混合的方法,并且长期存放稳定,本试剂一般情况下为无色,有时略显浅蓝色或浅黄色。

2.本品 TMB 底物显色试剂盒(ELISA,HRP 显色)主要由 TMB 显色液、TMB Buffer、TMB 氧化剂组成,其特点是:

- (1)灵敏度高;
- (2)稳定性好,显色终止后读数稳定;
- (3)背景低:底物溶液在 450nm 检测时 OD 值一般小于 0.05。该试剂仅用于科研领域,不宜用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

产品成分	2×50ml	2×100ml	保存温度
试剂(A): TMB 显色液	50ml	100ml	2-8℃避光
试剂(B): TMB Buffer	50ml	100ml	2-8℃
试剂(C): TMB 氧化剂	100μl	2×100μl	2-8℃避光

自备材料:

- 1.酶标仪、酶标板或 96 孔板、恒温箱(备选)
- 2.(备选)终止液:盐酸或硫酸等

操作步骤(仅供参考):

- 1.用适当的干净容器(用纯净水反复冲洗),取试剂(A)、(B)、(C),按 A: B: C=5000: 5000: 4 的比例混合,即为 TMB 显色工作液,待达到室温后即可使用。
- 2.加液:加完 HRP 结合物并温育一定时间,洗板 3~5 次,每孔加 TMB 显色工作液 100μl,在室温(15~25℃)或 37℃下温育 10~30 分钟。
- 3.(选做)终止:加等体积的 1M 盐酸或硫酸溶液终止反应,孔中反应液由蓝色变为黄色。
- 4.读数:30min 内在 450nm 处读数。

注意事项:

- 1.本试剂盒给予的 TMB 氧化剂多于实际使用量, 请按比例使用。
- 2.TMB 氧化剂易挥发, 请注意密闭保存, 以免效率下降, 一旦开封请尽快使用。
- 3.TMB 氧化剂有腐蚀性, 请勿直接接触于人皮肤、毛发等。
- 4.如果出现高的反应背景或沉淀, 表明 TMB 底物反应过于强烈。
- 5.终止反应不是必须步骤, 如不加终止液应显色完成后立即检测。
- 6.一般市售的浓盐酸为 11.6M, 浓硫酸为 18.3M, 但应注意其挥发性。
- 7.为了避免产生沉淀, 可在终止后马上读数, 或者进一步稀释一抗和/或 HRP 结合物, 再次进行试验。
8. 我司生产的生化试剂如无特殊标注, 基本为非无菌包装, 若用于细胞实验, 请提前做好预处理。需低温保存的产品, 一旦配成溶液, 请分装保存, 避免反复冻融造成的产品失效。
- 9 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
- 10.为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。
- 11.实验结果可由多种因素影响, 相关处理只限于产品本身, 不涉及其他赔偿。

免责声明: 本公司将不为任何不正常使用此产品时所发生的意外负责。

北京伊事达科技有限公司

电话: 13564444959

官网: www.followme-shop.com

地址: 北京市海淀区东北旺西路58号尚科办公社区C区一楼



公众号



客服